INSTRUÇÕES DE USO - SUPORTE METÁLICO PARA APARELHO FIXO

Instrução de Uso: IFU-Tubos Metálicos MS/ANVISA nº: 80755760007
Nome Técnico ANVISA: Componentes Para Ortodontia
Fabricado por: AMERICAN ORTHODONTICS CORPORATION 3524 Washington Avenue - Sheboygan, WI 53081
Emergência 24hrs +1 920 457 5051 / Telefone para Informações +1 920 457 50 51
Importado por: AMERICAN ORTHODONTICS BRASIL P. O. LTDA Rua Carneiro da Cunha, 167 sala 60 - Jd. da Saúde - São Paulo - Brasil - CNPJ: 11.984.167/0001-50 FONE: (11) 5072-3428 / (11) 97027-6115
Nome do Produto: Suporte Metálico para Aparelho Fixo
Descrição do produto: Tubo ortodôntico metálico
Número de peça do produto: REF de vários números de peças (vide etiqueta)

CUIDADO: A lei federal restringe este dispositivo à venda a ou por ordem do dentista/ortodontista.

O Suporte metálico (braquete e tubo ortodôntico) devem ser fixados na vestibular ou na lingual dos dentes com a finalidade de receber em sua canaleta um fio ortodôntico que promoverá a movimentação dentária até a correção final da má oclusão.

CONTRAINDICAÇÕES ⚠

American Orthodontics vende produtos a profissionais odontólogos formados e a ortodontistas. A principal responsabilidade do profissional é identificar as possíveis contraindicações que podem impossibilitar os produtos da American Orthodontics. Também é da responsabilidade do profissional determinar quaisquer procedimentos pré-início, como também a sequência do trabalho dos aparelhos médicos/odontológicos, isto inclui qualquer procedimento de esterilização.

EFEITOS COLATERAIS

A principal responsabilidade do profissional de Odontologia e ou Ortodontista é identificar qualquer possível risco de lesão e ou contraindicações que podem surgir durante o tratamento, revezar possíveis efeitos colaterais indesejados ao paciente, e individualizar o tratamento. Durante o tratamento, os efeitos colaterais podem incluir: descolorações dos dentes, descalcificação, reabsorção radicular, complicações periodontais, reações alérgicas, dificuldades na manutenção da higiene oral, desconforto e dor.

INDICAÇÕES DE USO

Para correções ortodônticas de má oclusões Classe I, II e III de Angle. O tubo deve ser fixado na vestibular ou na lingual dos dentes com a finalidade de receber em seu orifício um fio ortodôntico que promoverá a movimentação dentária até a correção final da má oclusão.

Como Manusear

Recomendado utilização de pinças ortodônticas de tubos, seu posicionamento na coroa dentária deve seguir o protocolo do profissional de Odontologia e ou Ortodontista.

Como Colar

Recomendado utilização de protocolo de colagem completo, profilaxia, condicionamento ácido, primer, e utilização de resina ortodôntica (recomendamos a Bracepaste).

Como Descolar/Remover

Recomendado utilização de instrumentos ortodônticos específicos, e descarte consciente do produto médico conforme normas sanitárias vigentes.

Advertências ⚠ ②

Os produtos American Orthodontics são desenhados e fabricados para uso único e, assim que removidos da boca do paciente, devem ser eliminados de forma apropriada. A American Orthodontics nega qualquer responsabilidade pela disseminação de doenças ou lesões provocadas pela reutilização dos produtos. É da principal responsabilidade do profissional de Odontologia e ou Ortodontista seguir as leis aplicáveis sobre a eliminação de aparelhos médicos ortodônticos usados.

Responsabilidade de GARANTIA

As soluções do comprador relativamente a reclamações sobre qualquer defeito nos produtos ou serviços, devem limitar-se exclusivamente ao direito de reparação ou substituição desses produtos (com opção por parte do vendedor) ou ao reembolso do preço da compra.

Validade

Produto com validade desde sua fabricação de 10 anos, consulte a etiqueta do produto.

Informações Complementares

NÃO ESTERILIZADO ~~STERILE~~

Glossário de Símbolos
https://hiplus.com.br/uploads/dbdownloads/37a2f863d5e36e23bd05077881266fb60e9ab362.pdf